

1. INFORMACIÓN CLIENTE/PROFESIONAL Y HISTORIAL DEL PACIENTE

Código cliente (en albarán o factura) :

Nombre del Doctor/a (que ha tenido la disfunción):

ID Paciente :(facultativo)

2. INFORMACIÓN PRODUCTO

ATENCIÓN : los productos deben ser devueltos limpiados, descontaminados y esterilizados

Actividad : Maxilo-facial Dental Anclaje

Origen de los instrumentos: Prestamo/deposito Compra

Equipo auxiliar afectado por la corrosión: Referencia : Lote :

Ubicación de la corrosión:.....

3. PRÁCTICA DE DESCONTAMINACIÓN, LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN

Detalle del protocolo de descontaminación, limpieza y esterilización utilizado, incluido el nombre exacto del producto de descontaminación:

.....

.....

.....

.....

Calidad del agua (dureza en ppm de CaCO3) :

Muy suave (0 a 15) Suave (16 a 75) Media (76 a 150) Dura (150 a 300) Muy dura (+300) No se sabe

Número estimado de usos en el establecimiento antes de la disfunción:

0 (al recibirlo) <5 Entre 6 y 10 Entre 11 y 20 >=21 No se sabe

Rutina o caso puntual :

Uso de un tanque de ultrasonido No Sí, rutina Sí, puntual

Uso de lana de acero o cepillos de alambre No Sí, rutina Sí, puntual

Probable mezcla de material mixto en un limpiador o esterilizador ultrasónico No Sí, rutina Sí, puntual

La caída del instrumento en un fregadero o taza de metal No Sí, rutina Sí, puntual

Respeto de la carga del equipo (sin sobrecarga) No Sí, rutina Sí, puntual

Respeto del tiempo de remojo recomendado sin exceder el límite de tiempo No Sí, rutina Sí, puntual

Uso de productos químicos de esterilización en frío No Sí, rutina Sí, puntual

La lavadora-desinfectadora se controla y mantiene de acuerdo

con las instrucciones del fabricante No Sí, rutina Sí, puntual

Autoclave controlado y mantenido de acuerdo con las instrucciones del fabricante No Sí, rutina Sí, puntual

3.COMENTARIOS ADICIONALES

.....

.....

.....