



## Boccole SCHEMA TECNICA



ZI de Sacuny  
118 Avenue Marcel Mérieux, 69530 BRIGNAIS  
Tel.+33 (0)4 78 56 97 00  
Fax +33 (0)4 78 56 01 63  
[www.globald.com](http://www.globald.com)

Lo scopo di questo documento è quello di specificare le raccomandazioni per l'uso delle boccole o dei tubi Master del marchio Steco\*.

Queste sono adatte per guide chirurgiche pilota o completamente guidate « full guided ». Sono anche adatte per le chiavette e viti.

**Global D offre una gamma di boccole o Master Tubes a marchio Steco\* adatte a guide chirurgiche pilota o completamente guidate « full guided ». Sono anche adatte per le chiavette e viti.**

La guida chirurgica viene sviluppata sulla base della pianificazione implantare del professionista. Viene prodotta stampa 3D presso il dentista o l'odontotecnico o presso un fornitore di servizi esterno. Le boccole vengono quindi posizionate e, se necessario, incollate nei fori preparati e disposte secondo il progetto.

È consigliabile impostare in anticipo il diametro interno del bicchiere nella guida della stampante 3D che verrà utilizzata, per ottenere la ritenzione ideale per ogni tipo di boccole.

Trovate la **gamma completa di boccole Steco**, commercializzate da **Global D** :

|   |            | Codice Global D | Codice Steco    |
|---|------------|-----------------|-----------------|
| Boccole di guida chirurgica pilota G20  | Pack di 10 | DMTS2.0L5       | M.27.31D200L5   |
| Boccole di guida chirurgica G42   | Pack di 5  | DMTS4.2L4       | M.27.15.D420    |
| Boccole di guida chirurgica G52   | Pack di 5  | DMTS5.2L4       | M.27.15.D520    |
| Boccole per chiavette   | Pack di 10 | DMTS1.5L10      | M.27.20.D150L10 |
| Boccole spesso utilizzate con le nostre viti Graftek VA1.5KL11 VA1.5KL13 e VA1.5KL15. | Pack di 10 | DMTS1.5L6       | M.27.03.D150L6  |



\* Le boccole (codici DMTS2.0L5, DMTS4.2L4, DMTS5.2L4, DMTS1.5L6 e DMTS1.5L10) sono dispositivi medici prodotti e marcati CE dal produttore STECO system technik GmbH & Co.